

1. Printer kağıtları 80 mm x 40 mm (+/- %1) ebatlarında neotermal olmalıdır.
2. Etiket hastanemizde kullanılan tüm cihazlara uygun olmalıdır. (Zebra GC420t ,ZEBRA TLP3842,TSC 245,TSC244CE,TOSH0BA SV4, ZEBRA TLP2844 termal printer v.b)
3. Güçlü yapışkan özelliği ile her çeşit yüzeye (metal-ahşap-kompozit- cam ve polietilen) kolayca yapışmalı ve yapıştığı yüzeyden kolayca ayrılmamalıdır.
4. Soğuk, sıcak ve kimyasal maddelerden kolay etkilenmeyen özellikte olmalıdır.
5. Etiket rulo halinde olmalı ve her ruloda 1000 adet olmalıdır.
6. Firma hata çıkması halinde hatalı ruloları yenisi ile 5 iş günü içinde değiştirmelidir.
7. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinden 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
8. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 2 rulo numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.
9. Bir satırdaki etiket sayısı 1 (bir) adet olacaktır.
10. İç göbek 40 mm karton masuraya sarılı olmalıdır.
11. Etiket rengi beyaz, taşıyıcı rengi açık sarı olmalıdır.
12. Yapışkanlık cinsi akrilik olmalıdır.
13. Barkod etiketleri laboratuvar cihazlarında ve barkod okuyucularında okunabilir özellikte olmalıdır.
14. Etiketlerin kolay koparıma özelliği olmalıdır.

Dilek YUMUS BASAK
Hastane Müdürü

YÜCEL KAPLAN
Bilgi İşlem Teşim Donanım
Birim Sorumlusu