TÜM VÜCUT HASTA SABİTLEME SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kliniklerde yatan hastaların istem dışı yapmış oldukları hareketleri kontrol etmek, aynı zamanda kendine ve çevresine zarar vermesini engellemek amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Setin tamamı orijinal taşıma çantasının içerisinde olmalı ve taşınabilmelidir.
3. Sistem hastayı yatağa sabitlemek için 2 Adet el bileği sabitleme,2 Adet bacak bileği sabitleme , 1 adet bel sabitleme, kemerinden oluşmalıdır.
4. Sabitleme kemerleri hasta yatakları, sedyelere kilitlenebilecek uzunlukta olmalı ve istenirse uzatma parçaları ile mesafe uzatılabilmelidir.
5. Sistem kilit mekanizmasına sahip olmalı, basit ve güvenli bir şekilde kilitlenmeli, anahtarı olmadan kesinlikle açılmamalı ve hastaya temas etmemelidir.
6. Her sette En az 17 adet mıknatıslı kilit sistemi ve en az 4 adet kilidi açmak için anahtarı olmalıdır.
7. Kilit ve Anahtar mıknatıs sistemi ile çalışmalı istendiğinde kolayca kilitlenip açılabilmelidir.
8. Sistem %100 terylene / polyester materyalinden imal edilmiş olmalı hastaya uygulandığında travma yapmamalıdır.
9. Sistem 95 derecede yıkanabilmeli, defalarca kullanılabilmelidir.
10. UBB(Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Ç.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Başkanı
Dip. No: 7760 Dip. Tes. No: 45...