

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60651
İstem Tarihi : 23.05.2017 00:00:00
Açıklama : emg malz

Döküm Tarihi : 23.05.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013935	ATILABİLİR MONOPOLAR İĞNE ELEKTRODU 25-50 MM.	150.00	ADET

Şartname Kodu : 37560

Atılabilir Monopolar İğne Elektrodu

1. TP konnektörü bulunan en az 1 m uzunluğunda 2 kablosu olmalıdır
2. 45 mm uzunluğunda, 28 G çapında olmalıdır

Prof.Dr. Ayşe BORA TOKCAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Dip.No: 17510/20978 Dip.Tes.No: 34631

Prof.Dr. Bülent CENGİZ
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hast.
Nöroloji A.D.
Dip. Tesc. No: 732