

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60708
İstem Tarihi : 25.05.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 25.05.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013572	KR1029 GECİCİ PACE MAKER ELEKTRODU 6 F. 2.0 MM.	25.00	ADET

Şartname Kodu : 33090

- GEÇİCİ PACE ELEKTRODU - Sağ ventrikülün geçici olarak pace edilmesinde kullanılacaktır.
- Elektrotun distal ucunda "tip" ve "ring" elektrotları bulunmalıdır. Elektrod bipolar olmalıdır.
 - Proksimal ucunda negatif ve pozitif 2 (iki) ayrı ucu bulunacaktır.
 - Yumuşak meteryalden yapılmış olacaktır.
 - Radyoopak olmalıdır.
 - Steril orjinal ambalajında olacaktır.
 - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
 - Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miatlı olacaktır. Miadın dolmasına 3 (ay) kala ihaleyi alan firma elde kalan ürünü yeni miadlı ürün ile değiştirmelidir.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

Prof. Dr. Bülent BOYACI
T.C. S.B. T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Dip. No : 88-KA-016
Dip. Tescil No : 30850

Prof. Dr. Gülten Aydoğdu TAÇOĞ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 11667 Dip. Tesc. No: 30613

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60708
İstem Tarihi : 25.05.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 25.05.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010603	GR1249 POMPA ENJEKTÖRÜ DSA İÇİN 150 ML. (1. KISIM)	100.00	ADET

Şartname Kodu : 37835

POMPA ENJEKTÖRÜ

1. Anjio salonunda kullanılan pompa (Medrad Mark V plus) ile uyumlu ebatta olmalı,
2. Steril ambalajda ve 150 cc lik olmalı,
3. Teklif verecek firmalar teklifleriyle birlikte bir adet numune ve katalog /broşur kontrol amaçlı verilmelidir . İlave özellikler değerlendirilecektir.
4. Tek tek steril ambalajında olacaktır.
5. Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört)ay miatlı olacaktır.
6. Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.


Prof. Dr. Gülen BOYACI
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 88-KA-011
Dış. Tescil No : 30800


Prof. Dr. Gülsen Aydoğdu TAÇOĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 11887 Dip. Tes. No: 90613

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60708

Döküm Tarihi : 25.05.2017

İstem Tarihi : 25.05.2017 00:00:00

Sayfa : 3

Açıklama :

Bölüm Kodu : KARDHDKL1

Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011455	KR1110 İNTRODUSER SET. PERİFERİK. ÖRGÜSÜZ 6 F.	1.000.00	ADET

Şartname Kodu : 37875

- 1) Introducer arteriel giriş için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 2) Paket içinde bir adet introducer , bir adet dilatör , bir adet mini kılavuz tel 0,038" * 45 cm (bir ucu "J"), bir adet ponksiyon iğnesi 18G * 6,5 cm, bir adet enjektör 2,5 ml, bir adet plastik saplı mini bisturi bulunmalıdır.
- 3) Introducerın dilatör uzunluğu 15-20 cm kanül uzunluğu en az 11 cm veya üzeri olmalıdır.
- 4) Introducer, boşta veya içerisinde malzeme varken kan sızmasını önleyici silikon hemostatik valf sistemine sahip olmalıdır.
- 5) Introducerının uç kısmı, giriş esnasında damara vereceği travmayı minimize etmek için inceltilmiş ve yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.
- 6) Perkütan giriş sırasında dilatörün introducerdan ayrılmaması için özel kilit mekanizması olmalıdır.
- 7) Introducer sisteminde ucunda basınca dayanıklı üçlü musluk bulunan şeffaf 20 - 25 cmlik uzatma hattı mevcut olmalıdır.
- 8) Introducer sisteminde istenildiğinde introducerın deriye bağlanmasını sağlayacak sütür yuvası mevcut olmalıdır.
- 9) Introducer üzerinde kaç french olduğu rakamla belirtilmiş olmalı ve introducera ait renk kodu olmalıdır.
- 10) Introducer sistemi mükemmel kink resistansına sahip olmalıdır.
- 11) Introducer sistemi tekli steril orijinal ambalajında ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, sistemin içeriği yazmalıdır.En az 24 ay miyatlı olmalıdır


Prof. Dr. Bülent BOYACI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 80-KA-010
Dip. Tescil No : 30800


Prof. Dr. Çiğdem Aydoğan TAÇOY
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip.No: 11987 Dip. Tesc. No: 90613

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60708
İstem Tarihi : 25.05.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 25.05.2017
Sayfa : 4

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014414	KR1086 PTCA KILAVUZ TEL 0.014" HIDROFİLİK (FLOPPY).	300.00	ADET

Şartname Kodu : 41112

- PTCA KILAVUZ TEL (0.014 FLOPPY) - Koroner anjioplastide kullanılacaktır.
- Telin ucu floppy özellikte olacaktır.
 - Telin çapı 0.014 inç, uzunluğu 175-220 cm olacaktır.
 - Tel tüm uzunluğu boyunca radyopak olmalıdır, ancak distal 3 cm'lik ucu gövdesinden daha fazla radyoopasiteye sahip olmalıdır.
 - Tel bire bir tork alma özelliğine sahip olacaktır.
 - Telin distal ucu damara zarar vermeyecek yapıda yumuşak olacaktır.
 - Tel önceden J şekli verilmiş olacak, ancak gerektiğinde kolayca tekrar şekil verilebilecektir.
 - Steril orjinal ambalajında olacaktır.
 - Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört)ay miatlı olacaktır.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
 - CE belgeli olmalıdır.


Prof. Dr. Günter BOYACI
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 88-KA-016
Dip. Tescil No : 30800


Prof. Dr. Gülten Aydoğdu TAÇOY
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 1687 Dip. Tesc. No: 90613