

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60743
İstem Tarihi : 29.05.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 29.05.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : CSAGYB1
Bölüm Adı : ÇOCUK YOĞUN BAKIM.

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C938	NF1016 HEMOFILTRE VE SETİ (PEDIATRİK 60)	50.00	ADET

Şartname Kodu : 3910

PEDIATRİK PRISMA FLEX(M60)
CRRT (Sürekli Renal Replasman Seti)
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Set pre-konnekte olmalı, membran ve set aynı ambalaj içinde olmalı, tanınması için hatlar renk kodlu olmalıdır.
2. Setin toplam prime hacmi 93 cc'yi geçmemelidir.
3. Yetişkin pediatrik ve infant membranlar bulunmalıdır.
4. Membran biokompatble olmalı., akrilonitril ve sodyum metalil sülfonat kopolimer olmalıdır.
5. Membran yüzey alanı yetişkinler için 0,60 m2 'yi geçmemelidir.
6. Maximum TMP 450/60 mm Hg / kPa olmalıdır.
7. Aynı sette bütün renal replasman tedavileri uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
8. Kanama riski yüksek veya antikoagülan kullanımı kontraendike olan hastalar için özel set bulunmalı ve gerektiğinde bu setlerin tedarik edileceği taahhüt edilmelidir.

Doç.Dr. Gökhan KALKAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağ ve Hast. Çocuk Yoğ. Bim.
Dip. No: 00 M5-059 Dip. Tes. No: 04460

Prof. Dr. Ayşin BİDECI
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Başkanı
Dip. No: 7150 Dip. Tes. No: 49038

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60743
İstem Tarihi : 29.05.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 29.05.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CSAGYB1
Bölüm Adı : ÇOCUK YOĞUN BAKIM.

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013729	NF1016 HEMOFILTRE VE SETİ (PEDIATRİK 20)	50.00	ADET

Şartname Kodu : 3908

PEDIATRİK PRISMA FLEX(HF20)
CRRT (Sürekli Renal Replasman Seti)
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Set pre-konnekte olmalı, membran ve set aynı ambalaj içinde olmalı, tanınması için hatlar renk kodlu olmalıdır.
2. Setin ekstrakorporeal kan volümü 58 ml'yi geçmemelidir.
3. Membran biyokompatible olmalı, PEAS(PolyArylEtherSulfone) hallow fiber olmalıdır.
4. Membran yüzey alanı 0,20 m2 'yi geçmemelidir.
5. Maximum TMP 500/66,6 mm Hg / kPa olmalıdır.
6. Aynı sette bütün renal replasman tedavileri uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
7. Kanama riski yüksek veya antikoagülan kullanımı kontraendike olan hastalar için özel set bulunmalı ve gerektiğinde bu setlerin tedarik edileceği taahhüt edilmelidir.

Doc. Dr. Gökhan KALKAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Çocuk Yoğ. Bkml.
Dip. No: 00. MS. 058 Dip. Tes. No: 104480

Prof. Dr. Aysun BİDİR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.B. Bask. ml.
Dip. No: 7750 Dip. Tes. No: 49.39