

ARTROSKOPİK İRRİGASYON SETİ Y POMPALI (PUARLI)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi bölgenin yıkanması üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Hava girişsiz 2 adet delme ucu bulunmalıdır.
3. Ucunda açma/kapama klipsi olmalı, hortum Y konnektör sayesinde iki uca ayrılmalıdır.
4. Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.
5. Uç proximal ve yumuşak hortumlu olmalıdır.
6. Toplam uzunluk 215 ± 5 cm olmalıdır.
7. Hat üzerinde hızlı doldurma için puar bulunmalıdır.
8. Tekli steril poşetlerde bulunmalıdır.
9. CE Kalite belgesine sahip olmalıdır.
10. UBB ürün kayıt numarası olmalıdır.
11. Ödemelerin 30-60 gün içerisinde firmaya yapılması gereklidir.
12. Nihai karar numune değerlendirildikten sonra verilecektir.
13. Ürün teslimatından itibaren en az 2 yıl son kullanın süresi bulunmalıdır.

Doc.Dr. Hakan SOZEN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Transplantasyon Merkezi
Dip.No 7320-Dip.Tes.No:7320

Prof.Dr. Aydın DALGIÇ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip.No: 8088