

## EMBOLEKTOMİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.DAMAR TRAVMASINI AZAKTMAK İÇİN UÇ KISIMLARI YAYLI OLMALIDIR.
- 2.KATETER 3-4-5-6-7 FR KALINLIĞINDA OLMALIDIR.
- 3.ŞİŞİRİLDİĞİ ZAMAN BALONUN ŞEKLİ BOZULMAMALIDIR.
- 4.TOPLAM UZUNLUĞU 80 CMDEN FAZLA OLMAMALIDIR.
- 5.BALONUN ŞİŞİRİLME HACMİ MİNİMUM 0.20 SIVI /MLDEN FAZLA OLMAMALIDIR.
- 6.UÇ KISMI YUMUŞAK BÜKÜLEBİLİR OLMALI AMA KIRILMAMALIDIR.
- 7.KORUYUCU KILIF AÇILABİLMELİ VE ESNEK OLMALIDIR.
- 8.YEŞİL RENK KODLU OLMALIDIR.
- 9.TEK TEK STERİL PAKETLER İÇİNDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR.
- 10.ÜRÜN BÖLÜM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE NUMUNE BIRAKILMALIDIR.

Prof.Dr.A.Meridun KAYMAKÇI  
T.C. S.U.T.F. Gazi Hastanesi  
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ  
Diploma No: 413  
Dip. Tesci No: 54473

Prof.Dr. Fikret Hüseyin DOĞULU  
Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Sinir Cerrahi Öğretim Üyesi  
Dip. No: 8319