

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60951  
İstem Tarihi : 07.06.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.06.2017  
Sayfa : 1


Bölüm Kodu : GHASYB1  
Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM  
İstem Şartname Listesi


Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014853	SPREY DEZENFEKTAN (CLEANİSEPT 1 LT'LİK)	50.00	ADET

Şartname Kodu : 41950

DEZENFEKTANLI KÖPÜK SPREY.  
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Solüsyon kullanıma hazır olup, köpük formda, silmeme metodu ile veya püskürtme şeklinde kullanılabilir.
2. Ürün irritant ve toksik madde (aldehit, klor ve fenol türevleri) içermemelidir. Ürün alkol içermemelidir. Ürün ambalajında tehlike sembolü bulunmamalıdır.
3. Solüsyon hidrojenperoksit içermelidir.
4. Solüsyon, tıbbi cihazların (problar dahil) ve yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonu için, TBC dahil olmak üzere bütün bakterilere, mantarlara, HBV, HIV, Noro virus ve Polio virus dahil olmak üzere virüslere karşı 1 ile 5 dakika da etkili olmalıdır. Mikrobiyolojik etkinliği gösteren ekspertiz raporları ihale dosyasında bulunmalıdır.
5. Solüsyon uluslararası Kabul edilmiş test yöntemleri ile (EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348 ve EN 16615) test edilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Kullanılan yüzeyleri aşındırmamalıdır. Materyal uyumluluk çalışmaları ihale dosyasında bulunmalıdır.
7. Solüsyon kendi orijin ambalajında bulunmalı, sprey aparatı her şişenin üzerinde ya da yanında verilmelidir.
8. Kritik alanların (ameliyat masası, ameliyat lambası, hasta yatağı gibi) temizlik ve dezenfeksiyonunu aynı anda yapabilmelidir. Durulama gerektirmemelidir.
9. Ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
10. Ürün güvenlik veri formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
11. İhale sonrası denemek üzere en az bir adet orijinal ürün numunesi ilgili birimlere verilecek, ürünler denendikten sonra, uygun bulunursa alınacaktır.

  
Doç. Dr. Muge AYDOĞDU  
T.C. G.Ü.T.F.-Gazi Hastanesi  
GÖĞÜS HASTALIKLARI  
Diploma No: 99-392-126  
Diy. Tescil No: 93981

  
Doç. Dr. Muge AYDOĞDU  
T.C. G.Ü.T.F.-Gazi Hastanesi  
GÖĞÜS HASTALIKLARI  
Diploma No: 99-392-126  
Diy. Tescil No: 93981