

ENDOTRAKEAL TUP KAFLI NO: 4.0 , 4.5 , 8.0 , 8.5  
TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlere olmalıdır.
2. Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalıdır.
3. Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
4. Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.
5. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6. Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.
7. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
8. Tüpün ucunda Murphy deliği olmalıdır.
9. Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır.
10. Oral ve nasal kullanıma uygun olmalıdır.
11. Entübasyona olanak sağlayacak şekilde kaliteli sertlikte olup kolay bükülmemelidir.
12. TSE onayı olmalı.
13. Her ürünün üzerinde birebir barkodu bulunmalıdır.
14. Entübasyona olanak sağlayacak şekilde kaliteli sertlikte olup kolay bükülmemelidir.
15. Numune teslim tarihinden itibaren iki yıl miadlı olmalıdır.

PROF. DR. İZZET KALIN  
T.C. GÜNEŞLİ Gazzi Hastanesi  
ANESTEZİ VE REANİMASYON  
Doktora No: 7081  
Diy. Tescil No: 45/74

*[Handwritten Signature]*  
Anest. Uzm. Dr. İzzet Kalın