




GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

BİRİMİ ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO	
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi	DOÇ.DR. BÜLENT ELBASAN TEL : 0-312-2462630	12/06/2017	2	
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)				
<p>'47/2017-10' kodlu ve 'SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA İNŞİRATUAR KAS EĞİTİMİNİN SOLUNUM FONKSİYONLARI, GÖVDE KONTROLÜ, GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİ, FONKSİYONEL EGZERSİZ KAPASİTESİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 1 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.</p>				
İmza: 				
Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	Solunum Basınç Ölçer Cihazı	1	Adet	teknik şartname ektedir

037.1.90





SOLUNUM KAS EĞİTİMİ CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Cihaz, solunum kaslarını çalıştıran, solunum kaslarının kuvvetini ve dayanıklılığını egzersiz yolu ile arttırmaya yardımcı olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2) Cihazın basınç değeri ayarlanması, istenen basınç ibresi ile istenilen hizaya gelene kadar kontrol başlığını çevirerek olmalıdır.
- 3) Cihaz yaylı bir sistem olmalıdır.
- 4) Cihazın içinde 1 adet burun tıkacı ve 1 adet ağızlık olmalıdır.
- 5) Cihazın ölçüm aralığı 9-41 cmH₂O basınç aralığında olmalıdır. Ayrıca basınç ibresi artışları 2 cmH₂O olacak şekilde olmalıdır.
- 6) Cihazın ağırlığı 40 gramdan fazla olmamalıdır.
- 7) Cihaz kolay temizlenen bir sistem olmalıdır.


Doç. Dr. R. S. Elbar


Arş. Gör. Merve Nur ULELE


Doç. Dr. Demet Dök