

HASTA ALT BEZİ YATAK KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
 - a. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.
 - b. Orta Tabaka selüloz olmalıdır.
 - c. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
2. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm (\pm 5 cm) ebatlarında olmalıdır
3. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır.
4. Malzemenin şartnameye birebir uyduğuna dair belge sunulmalıdır
5. Bez cildi tahriş etmemelidir.
6. İçinde pamuksu dokunun dağılımı eşit olmalıdır ve kullanımda pamuklar topaklanmamalıdır.
7. Numunelere, klinikte kullanılıp denendikten sonra şartları karşılıyorsa onay verilecektir.

Prof. Dr. Ahmet KARAMERCAN
T.C. Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip.No: 96-011-158 • Dip. Tes. No: 67031

T.C.
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Prof. Dr. A. Bülent AYTAÇ
Genel Cerrahi
Dip.No: 5387 Dip. Tes. 30603