



## CİLDİ YAKMAYAN BARIYER FİLM TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün bariyer özellik için polimerik yapıda olmalıdır.
2. Uygulama sırasında hastanın cildinde yanma hissini önlemek için alkol, aseton ve cilde zarar verebilecek herhangi bir madde içermemelidir.
3. Ürünün kimyasal bileşeni ürün prospektüsünde açıklanmalıdır.
4. Yetişkinler, çocuklar ve 1 (bir) aylıktan büyük bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Hem bütünlüğü bozulmamış hem de bütünlüğü bozulmuş ciltte kullanılabilir.
6. İdrar, fekal inkontinas, mide sıvısı, yara drenajı, yapışkanlar ve sürtünme kaynaklı cilt tahrişine karşı sağlam ve/veya tahriş olmuş cildi korumalıdır.
7. Bütünlüğü bozulmuş eritemli cildi iyileştirici özelliği olmalıdır.
8. Ürün cilde uygulandıktan sonra en fazla 30 saniye içerisinde kurumalıdır.
9. Uygulama sırasında cildi yakmamalıdır.
10. Uygulama sonrasında ciltte uniform, şeffaf, koruyucu özellikte bariyer bir film tabaka oluşturmalıdır. Bu tabaka cildin gözlenmesine olanak sağlamalıdır.
11. Bariyer film tabaka vücut kıvrımlarından etkilenmemeli ve vücut kıvrımlarında birikmemelidir.
12. Uygulanan bölgede hava ve nem geçişine izin vermelidir.
13. Vücut sıvılarına karşı kalıcı ve dayanıklı olmalıdır. Tahriş olmamış ciltte kullanımı durumunda 72 saate kadar koruyucu etkisini sürdürmelidir.
14. Flaster ya da yara örtüsü uygulamalarında, yara bakım örtülerinin yapışma performansını etkilememelidir.
15. Hasta alt bezlerinin emiciliğini azaltmamalıdır.
16. Ürünü ciltten uzaklaştırmak gerekmemelidir.
17. Gama yöntemi ile steril edilerek üretilmiş olmalıdır.
18. Ürünün kullanımının önerildiği kullanım alanlarına yönelik sağladığı yararlar ile ilgili ürün kullanılarak yapılmış invitro ve invivo klinik çalışmaları olmalı ve bu çalışmalar yayınlanmış olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
19. Ürün numuneleri, teknik şartnamede belirtilen hususlara uygunluğu birimlerde denendikten sonra karar verilecektir.



Prof. Dr. Lale KARABIYİK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.  
Dip. No: 6762 Dip. Tes. No: 39307



Uzm. Dr. Kamil İNCİ  
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi  
İç Hastalıkları AD, Yoğun Bakım BD.  
Dip. Tesc. No: 140497