

ŞARTNAMELER

1----J01-013326 POŞLU DRAPE

Örtü ebatları en 130 cm X 100 cm olacaktır. Örtü üzerinde insizyon film kaplı, 5 cm X 8 cm ölçülerinde bir delik bulunmalıdır. Örtü kumaşı, sıvı geçirmez hastanın cildini tahriş etmeyen materyalden olmalıdır. Cerrahi cilt sahasına iyi kalitede yapışmalıdır. 250 ml sıvı toplama kapasiteli, plastik, bir tel yardımıyla şekillendirilebilen torbası bulunmalıdır. Torbanın yeri paket üzerinde işaretlenmiş olmalıdır

2---- GZ1007 GÖZ CERRAHİ KURULAMA PAMUĞU (COTTON SWEB)

Cerrahi alanı kurulama ve manipülasyon amaçlı iki ucu pamuk kaplı ve plastik saplı aplikatör. Esnemeyi önleyecek şekilde pamuk uçlar sıkıca sarılı olmalıdır. Pamuk uçlardan biri daha yuvarlak, diğer ucu daha sivri yapıda sıkıştırılmış pamuk içermeli. Uzunluğu en az 7.5 cm olmalı ve her bir steril paket 10 adet pamuk içermelidir.

3---J01-012012 GÖZ KAPAMA PEDİ (RONDEL)

Göz kapaması ve bandajı için kullanılır. Steril olmalıdır. İçi pamuk dış yüzeyleri gazlı bezden yapılmalıdır. Kalınlığı en az 5 mm olmalı ebadları 45X60 mm ve oval olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır.

4---J01-010201 GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ SOLÜSYONU GLUTATYONLU-GLUTATYONSUZ

Ürün 500 ml şişede ambalajlanmış olmalı. Ürün UBB Sistemine kayıtlı olmalıdır. Ürün içeriği dünya standartlarındaki BSSLere birebir uygun olmalıdır. Ürün ambalajında askıya asmak için uygun olmalıdır. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Ürün CE işareti taşımaktadır. Ürün göz içi cerrahisinde kullanıma uygun, endotelide kuruluk meydana getirmeyen ve rahat kullanıma uygun olmalıdır. Ürün fizyolojik yapısı ve bileşeni insan gözüne ve ön kamara sıvısına uyumlu ve en yakın değerlerde olmalıdır. Ürün içeriği aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır: 6,40 g NaCl, 3,90 g Sodiumacetate. 3H₂O, 1,70 g Sodiumcitrate. 2H₂O, 0,75 g KCl, 0,48 g CaCl₂.2H₂O, 0,30 g MgCl₂.6H₂O, 28,66 mmolacetate, 5,78 mmolcitrate, 155,50 mmoltotolNa, 129,00 mmol total Cl, 10,05 mmol K, 3,27 mmol Ca₂, 1,48 mmol Mg₂.

5---S-01130059 GZ1060 KOHESİV VİSKOELASTİK MADDE

Etken madde sadece sodyum hyaluronate olacaktır. Yoğunluğu %1.5-1.8 arasında olmalıdır. Koheziv ya da süperkoheziv özellik içermeli ve böylece ameliyatın her aşamasında kullanılabilir. Bir enjektörde en az 1.0 ml olmalıdır. . Ürün kıyaslaması için ilgili teknik özellikler (molekül ağırlığı, pH, viskozite, osmolarite, vs) teklifte katalog bilgisi olarak sunulmalıdır. Miktar-fiyat kıyaslaması ile karar verilecektir. Ürün marka bilgileri ürün enjektörü üzerinde de yazılı olmalıdır. Ürün blister ambalajda olmalı, poşetlerde olmamalıdır

Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip.No: 05.311.063

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip.No: 05.311.063