

Falcon tp (50 ml) Teknik Őartnamesi

- 1) Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.
- 2) 50 ml'lik hacim kapasitesinde olmalıdır.
- 3) Santrifj iŐlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 4) zerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden blmeli olmalıdır.
- 5) Tekliflerle beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler deęerlendirilmeyecektir.

Doç. Dr. Funda DOĐRUMAN AL
Gazi niversitesi Tıp Fakltesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Oęr. yesi
Diploma No: 1359
Uzmanlık Tescil No: 51363-76442

Prof. Dr. Kayhan CAĐLAR
Gazi niversitesi Tıp Fakltesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip.No: 89-AA-050

Falcon tüp (15 ml) Teknik Şartnamesi

- 1) Steril; polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.
- 2) 15 ml'lik hacim kapasitesinde olmalıdır.
- 3) Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 4) Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.
- 5) Tekliflerle beraber numune verilmelidir. Numunesiz teklifler değerlendirilmeyecektir.

Funda DOĞRUMAN AL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
Diploma No: 1359
Uzmanlık Tescil No: 51363-76442

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR
T.C. G.Ü. T.İ.F. Cazım Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. No: 89-AA-050

Doç. Dr. Funda DOĞRUMAN AL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
Diploma No: 1359
Uzmanlık Tescil No: 51363-76442