

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61068
İstem Tarihi : 13.06.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 14.06.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : FTKL1
Bölüm Adı : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C078	OR1290 NELATON SONDA, HİDROFİLİK, KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI	800.00	ADET
Şartname Kodu	: 34821 No:12		

KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI HİDROFİLİK SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Giriş kolaylığı sağlayan hidrofilik kaplı kaygan yüzey yada kateter çevresine boşaltılabilen su soketi olmalıdır.
- 2-Bükülmeyi önleyen uygun sertlik olmalıdır.
- 3-Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, kapalı distal uç olmalıdır.
- 4- İki yan delik olmalıdır.
- 5-Boyutları kolayca tanımlanan Renk kodlu olmalıdır.
- 6-Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7-Ambalaj üzerinde imal tarihi yazılı olmalı ve son kullanma tarihi en az iki yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 40168

Prof. Dr. Jale MERAY
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON K.D.
Dip. No: 6380
Dip. Tescil No: 40121

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61068
İstem Tarihi : 13.06.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 14.06.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : FTKL1
Bölüm Adı : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C079	OR1290 NELATON SONDA, HİDROFİLİK, KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI	1.500.00	ADET
Şartname Kodu	: 34829 No:14		

KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI HİDROFİLİK SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Giriş kolaylığı sağlayan hidrofilik kaplı kaygan yüzey yada kateter çevresine boşaltılabilen su soketi olmalıdır.
- 2-Bükülmeyi önleyen uygun sertlik olmalıdır.
- 3-Travma oluşturmeyen, yuvarlatılmış, kapalı distal uç olmalıdır.
- 4- İki yan delik olmalıdır.
- 5-Boyutları kolayca tanımlanan Renk kodlu olmalıdır.
- 6-Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7-Ambalaj üzerinde imal tarihi yazılı olmalı ve son kullanma tarihi en az iki yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN
T.C.G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 40168

Prof. Dr. Jale MERAY
T.C.G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON A.D.
Dip. No: 6380
Dip. Tes. No: 40168