



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 42571

Düzenleme Tarihi : 22.06.2017

KOD : J03-031609 /

MALZEME ADI : FLUIDOTHERAPY CİHAZI.

FLUIDOTERAPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, 220 Volt - 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
2. Cihaz; el, el bileği, dirsek, ayak ve ayak bileği bölgelerinin tedavisine uygun olarak tasarlanmış olmalı ve her iki ekstremitte aynı anda veya bağımsız olarak tedavi edilebilmelidir.
3. Cihaz, alt ekstremitte uygulamaları için standından kolayca ayrılabilir olmalıdır.
4. Cihazın tank kapasitesi 18,1 kg olmalıdır.
5. Cihaz mikroişlemci kontrollü olmalı ve sürekli veya kesikli modda çalıştırılabilenmelidir.
6. Cihazda bulunan timer ile tedavi süresi 1 - 99 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
7. Tedavi sıcaklığı 43°C - 52°C arasında ayarlanabilmelidir. Ayrıca hava akış hızı 0 - %100 arasında değiştirilebilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Doç.Dr. Mümin ZINNUROĞLU  
T.C.G.Ü.F.F. Gazi Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.  
Dip. No: 12864 Dip. Tes. No: 99664

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. Bşk.  
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 40168