



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 38847  
Düzenleme Tarihi : 16.06.2017

KOD : J01-01B043 /

MALZEME ADI : PROBET PIPELLA KANÜL

- 1-Malzeme şeffaf plastik materyalden imal edilmiş ve sert olmalıdır.
- 2-Endometrial örnek almaya uygun yapıda olmalıdır.
- 3-Malzemenin uzunluğu yaklaşık 25cm ve uç kısmında 1-4 delik değildir.
- 4-Malzemenin içinde vakum yapmayı sağlayan plastik mandreni bulunmalı ve yeterli vakum yapabilmelidir.
- 5-Kataterin üzerinde 1 den başlayan ve 1 er cm aralıklarla 12 cm ye kadar aralık işaretleri olmalıdır.
- 6-Kataterin yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 7-Disposable olmalı ve 3mm çapında olmalıdır.
- 8-Numune getirilmelidir.

Prof.Dr. Mehmet Anıl ONAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Kadın Hast. ve Doğum Öğr. Üyesi ve Anestezoloji Dalı Başkanı  
Dip.No: 92011157 Dip. Tes. No: 63129

Prof. Dr. Mehmet ERBEN  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM  
Diploma No: 220993  
Dip. Tes. No: 43714

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN