

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61246  
İstem Tarihi : 22.06.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 22.06.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : UROLPL1  
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010545	UR1035 DOUBLE J STENT SETİ 4.8 F.	10.00	ADET

Şartname Kodu : 42567

**UZUN SÜRELİ DOUBLE J STENT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. DJ Stent %100 Silikon veya benzeri (Wiruthan, Karbon kaplı gibi) (9 ay - bir yıla kadar kateterizasyona izin veren, taşlaşma ve enfeksiyonu en aza indiren) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Malzeme özelliği ve uzun süreli kullanıma uygunluğu teknik doküman veya kataloglar ile gösterilmelidir.
2. DJ Stentin bir ucu açık, bir ucu kapalı olmalıdır.
3. DJ Stentin üzerinde kaçınıcı cm?de olduğunu gösteren işaretleme çizgileri bulunmalıdır. Double J Stentin üzerinde marka ve ölçülerinin belirtilmesi tercih sebebidir.
4. Röntgen ışınları ile kontrol edilebilmesi için radyopak olmalıdır.
5. Stentin gövdesi ve loplarda drenaj delikleri olmalıdır.
6. DJ kateter, PTFE kaplı kılavuz tel (bir ucu sert, bir ucu yumuşak), basit itici ve 2 adet klemp set şeklinde bulunmalıdır.
7. Set içinde ayrıca üreterorenoskopi kullanılmak üzere en az 90 cm?lik itici bulunmalıdır.
8. Ürün 4.8 F çap ve 26 cm uzunlukta olmalıdır.
9. Steril ve orijinal ambalajında ve en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
10. Ürünün UBB kaydı olmalı ve barkod numarası ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
11. Asıl karar numune değerlendirilip denendikten sonra verilecektir.

Prof. Dr. Östane KARAGÖZ  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Üroloji  
Diploma No: 2208  
Dip. Tescil No: 25038

Doç. Dr. Melih ONARAN  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Üroloji  
Diploma No: 10996  
Dip. Tescil No: 84227