

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61226
İstem Tarihi : 21.06.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 21.06.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013572	KR1029 GECİCİ PACE MAKER ELEKTRODU 6 F. 2.0 MM.	25.00	ADET

Şartname Kodu : 33090

- GEÇİCİ PACE ELEKTRODU - Sağ ventrikülün geçici olarak pace edilmesinde kullanılacaktır.
- Elektrotun distal ucunda "tip" ve "ring" elektrotları bulunmalıdır. Elektrod bipolar olmalıdır.
 - Proksimal ucunda negatif ve pozitif 2 (iki) ayrı ucu bulunacaktır.
 - Yumuşak meteryalden yapılmış olacaktır.
 - Radyopak olmalıdır.
 - Steril orjinal ambalajında olacaktır.
 - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
 - Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miatlı olacaktır. Miadın dolmasına 3 (ay) kala ihaleyi alan firma elde kalan ürünü yeni miadlı ürün ile değiştirmelidir.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

Prof. Dr. Bilal BOYACI
T.C. G.Ü. T.F. Sağlık Hastaneleri
Bölüm Başkanı - Kardiyoloji
Bölüm No : 50-KA-010
Dış İletişim No : 39809

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELİK
T.C. G.Ü. T.F. Sağlık Hastaneleri
Kardiyoloji
Bölüm Başkanı
Bölüm No : 94AB138
Dış İletişim No : 578839