

DELİCİ – KESİCİ, TIBBİ ATIK KUTUSU (60 L) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tıbbi atık kutusuna tetkik, tanı ve tedavi amacıyla kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, damar kateterleri gibi delici ve kesici atıkların güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve nakliyesine uygun olmalıdır.
- 2- Tıbbi atık kutusu delinme, kesilme ve kırılma riskine karşı orijinal polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Tıbbi atık kutusu üzerinde geriye dönüşüm işareti olmamalıdır.
- 4- Tıbbi atık kutusunun üzerinde iki taraflı taşıma kulpu bulunmalıdır.
- 5- Tıbbi atık kutusuna atılan atıkların dökülmesini, geri alınmasını veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır.
- 6- Tıbbi atık kutusu üzerindeki kapak kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
- 7- Tıbbi atık kutusu çift kapaklı ve kapağı kilitli olmalıdır.
- 8- Tıbbi atık kutusunun rengi, kırmızı veya sarı-kırmızı olmalıdır.
- 9- Tıbbi atık kutusunun üzerinde uluslararası “Biyotehlike” amblemi etiketi olmalı ile “Dikkat Kesici – Delici Tıbbi Atık” yazısı bulunmalıdır.
- 10- Tıbbi atık kutusu 60 litre, 56 cm yüksekliğinde ve 43 cm çapında olmalıdır (±5).
- 11- Tıbbi atık kutusu en az 1 - 2 mm kalınlığında olmalıdır.
- 12- Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı, altı düz, kullanımını pratik ve kolay kullanılmalıdır.
- 13- Tıbbi atık kutusu üzerinde CE işareti olmalıdır.
- 14- Teklif veren her istekli teklif ve teslim edeceği ürüne ait bir adet numuneyi teklif mektubu ile birlikte vermelidir. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 20.06.2017

Ali Durmaz

Hacı BOZKURT

Tıbbi Atık Birimi



Yüksel YAĞMURUĞLU

Tıbbi Atık Birimi

