

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61249  
İstem Tarihi : 22.06.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 22.06.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : UROLPL1  
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-034660	OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ TABANCASI.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 42568

TEKRAR KULLANILABİLİR PROSTAT KOR BİYOPSİ TABANCASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kliniğimizde daha önceden mevcut olan ve halen kullanılan Pro-Mag, Bard, Cook, Geotek, Marflow veya benzeri diğer marka tru-cut ko-aksiyel otomatik biyopsi iğneleri ile kullanılabilir olmalıdır.
2. Teklif edilen tabanca tercihan tek elle kullanılabilmesi, ön ve arka kısmında ayrı ateşleme tetikleri ile kullanılabilmesidir.
3. Zamansız ateşlemelerin önlenmesi için güvenlik kilidi bulunmalıdır.
4. Uygun iğne ile 20±2 mm'lik doku parçası almaya uygun olmalıdır.
5. Teklif verecekler şu anda klinikte kullanılan biyopsi iğnesi örneğini bölümde görebilirler.
6. Teklif edilen malzemenin en az iki yıl garanti süresi olmalıdır.
7. Arıza durumunda satışı yapan firma cihazın tamirini üstlenmeli ve arıza giderilinceye kadar aynı tabancadan kliniğe temin etmeyi taahhüt etmelidir.
8. Teklif edilen malzemeler klinikte denenecektir.

Prof. Dr. İsmail KARACILAN  
T.C. G.Ü. F. Gazi Hastanesi  
ÜROLOJİ  
Diploma No: 4208  
Dip. Tescil No: 25038

Doc. Dr. Mehmet ONARAN  
T.C. G.Ü. F. Gazi Hastanesi  
Üroloji  
Diploma No: 10996  
Dip. Tescil No: 84227