



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Tarih:

MİNÖR CERRAHİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Setler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
2. Hasta üst örtüsünde üst katı, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamı ile örtü tarafından absorbe edilebilmesini sağlayan emici medikal non woven, bu sıvıların alta geçmesini engelleyen bakteri bariyerli medikal polietilenden oluşan 2 katlı materyalden mamul olmalıdır.
3. Örtü ve önlük üretiminde kullanılan malzemeler arkasını ve giyenin içini göstermeyecek tipte olacaktır (yarı şeffaf ve şeffaf malzemeler kabul edilmez).
4. Örtü ortasında 9-12 cm çapında, etrafı non alerjik cilt bandı ile çevrili delik bulunmalıdır. Delik örtünün bir kenarından 50+/-5 cm mesafede olmalıdır.
5. Örtülerde kullanılan cilt bantları non alerjik olmalıdır (istendiğinde üretici firma tarafından teknik doküman verilebilmelidir).
6. Örtü gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
7. Set içindeki önlükler giyenin arkası steril kapanacak şekilde iki iç ve iki dış kuşağa sahip olmalıdır.
8. Set içerisinde bulunan Kamera kılıfı antistatik özelliğe sahip polietilen malzemedен şeffaf tüp olmalıdır. Bu tüp üzerinde kablo ile kılıfın sabitlenmesi için 2 adet kablo bağı ve 2 adet kamera kılıfı olmalıdır.
9. Tüm set içeriği Alet Masa örtüsüne bohçalanmalıdır. Bohça steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde olmalıdır. Alet Masa Örtüsü, üstünde medikal non woven malzemedен takviyesi olan; polietilen malzemedен yapılmış olmalıdır.