



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 36066

Düzenleme Tarihi : 05.06.2017

KOD : J03-035051 /

MALZEME ADI : HASTA ARABASI (TEKERLEKLİ SANDALYE) DEPOZİTOSUZ.

İÇ İÇE GEÇEBİLEN TEKERLEKLİ SANDALYE ŞARTNAMESİ

1. İç içe geçebilen tekerlekli sandalye katlanmayan özellikte olmalıdır.
2. Yerden kazanım amaçlı, birden fazla tekerlekli sandalye alışveriş arabaları gibi birbiri arkasından iç içe geçirilerek park edilebilir olmalıdır.
3. İç içe geçebilen tekerlekli sandalyenin ana şasesi 32 mm.(+/-2 mm.)x2 mm. (+/-0,2 mm.) ölçülerinde özel yüzey işleminden geçirilmiş herhangi bir boya ya da kaplama malzemesi ile kaplanmamış özellikte paslanmaz çelik veya alüminyum borudan yapılmış olmalıdır.
4. İç içe geçebilen tekerlekli sandalyede hastanın yaslanma konforu için ergonomik yapıda sırt pedine sahip olmalıdır.
5. İç içe geçebilen tekerlekli sandalyenin kolçakları hasta transferi esnasında sırt tarafına doğru açılır kapanır hareketli olmalıdır.
6. İç içe geçebilen tekerlekli sandalyenin ayak basma yeri plastik enjeksiyon malzemedenden olmalı ve üzerinde yük yokken (hasta binerken ve inerken ayağını çekmesi ile) kendiliğinden hasta güvenliği için yukarı doğru hareket ederek kapanma özelliği olmalıdır.
7. İç içe geçebilen hasta transfer sandalyesinde fren sistemi olmalıdır. Sandalyenin itme kolu altındaki tutamaç, el ile yukarı doğru sıkıldığında fren serbest kalmalı, istenirse bu tutamacı sabitleyecek bir aparat ile devamlı sıkılmak zorunda kalmadan sürekli kullanım sağlanmalıdır. Bu aparattan tekrar frene almak bir hareket ile mümkün olmalıdır. Sağlamlık ve kullanım kolaylığı için itme kolu altındaki tutamaç boydan boya bükümlü dolu malzemedenden olmalıdır.
8. İç içe geçebilen tekerlekli sandalyenin; önünde 2 adet, arkasında iki adet olmak üzere 4 (dört) adet tekeri olmalıdır.
9. İç içe geçebilen tekerlekli sandalyenin ön tekerler 125 mm (+/-10 mm .) X 30 mm. (+/-2 mm .) ölçülerinde dolgu teker, arka tekerleri 200 mm. (-/10 mm.) X 50 mm. (+/-2 mm.) ölçülerinde dolgu teker olmalıdır.
10. İç içe geçebilen tekerlekli sandalyenin kolay hareket kabiliyeti için ön tekerleri sarhoş özellikte her yöne dönebilir olmalı, arka tekerlekleri sadece ileri geri hareket etmelidir.
11. Teklif edilen ürünün en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantisi olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün TSE veya CE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
13. Teklif veren firmalar teklif edilen ürüne demo yapacaklardır.

14.

Nil-fer Yerişildop

Mehmet Kaymak

Fatih KURBAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikleri

Mehmet KAYMAK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN