

17/2232

İstem No : 61341

Döküm Tarihi : 04.07.2017

İstem Tarihi : 04.07.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Tarafımızca yapılan arıza tespitinde kol dayama tahtasının kırık olduğu tespit edilmiş. arızası yapılamamaktadır. Yenisinin alınması gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067275	HASTA KOL DESTEĞİ (AMELİYAT MASASI İCİN)	2.00	ADET

Şartname Kodu : 42684

ALM MARKA AMELİYAT MASASI KOL DESTEK TAHTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanemiz KBB Lokal Ameliyathane Ünitesinde kullanılan ALM marka ameliyat masasına bire bir uyumlu olacaktır.
- Gövdesi özel anodize alüminyum döküm malzemedden imal edilmiş olmalıdır.
- Kol destek gövdesine entegreli ve sabit olan bağlantı parçası ve masa yan raylarına takılan sabit klemp paslanmaz çelik malzemedden imal edilmiş olmalıdır.
- Kol destek minderi viskoelastik malzemedden imal edilmiş olmalı ve üzerinde kan, dezenfektan vb. solüsyonlara dayanıklı kılıf olmalıdır.
- Yatay düzlemede sağa-sola 180° hareket edebilmeli ve istenilen açıda sabitlenebilmelidir.
- Kol destek alt taraftaki hareket mekanizması paslanmaz malzemedden üretilmiş olmalıdır. Tek el ile kontrol edilecek yatay düzlemede açı verilebilmelidir.
- Masa yan raylarına takılıp çıkarılması yaylı bir mekanizma ile sağlanmalıdır. Tek bir hareket ile kaydırma gerektirmeden istenen noktadan raya bağlanabilmelidir.
- Özel anodize alüminyum döküm malzeme elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.

17/2232

İstem No : 61341 Döküm Tarihi : 04.07.2017
İstem Tarihi : 04.07.2017 00:00:00 Sayfa : 2
Açıklama : Tarafımızca yapılan arıza tespitinde kol dayama tahtasının kırık olduğu tespit edilmiş. arızası yapılamamaktadır. Yenisinin alınması gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

9. Kol destek bağlantı parçaları ve mekanizma parçaları ters elektroliz yöntemi ile parlatılmış olmalıdır.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri