

17/2233

İstem No : 61346 Döküm Tarihi : 04.07.2017  
İstem Tarihi : 04.07.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Büyük Acil ve Kardiyoloji Servis Ünitelerinde kullanılan Nihon Kohden marka defibrilatörler için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-063658	DEFİBRİLATOR BATARYASI.	3.00	ADET

Şartname Kodu : 42688

**NİHON KOHDEN MARKA TEC-5521K DEFİBİLATOR**

**BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- 12 V 2800Ma özelliğinde olmalıdır.
- 2- Teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadır.
- 3- Teklifler numuneye göre değerlendirilecek olup, numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 4- Orijinal olacaktır. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi biyomedikal birimine teslim edecektir.
- 5- Üretim tarihinden itibari ile 6 Ay geçmemiş olmalıdır.
- 6- En az 2500 MAH SCR tipi yüksek akım kapasitesine sahip pillerden imal edilmiş olacaktır.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri