



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 34927

Düzenleme Tarihi : 19.06.2017


KOD : J01-014338 /

MALZEME ADI : KV1384 EPIKARDİYAL GEÇİCİ PACEMAKER TELİ. 3/0 26 MM. 60 CM.

EPIKARDİYAL GEÇİCİ PACE MAKER TELİ

- 1-Elektrod açık kalp ameliyatı sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Acil durumlarda myokardı dışardan stimüle etmelidir.
- 3-Elektrodun yuvarlak iğneden sonra cilt altındankolaylıkla çıkmasını engellemek için 2?li balık kuyruğu olmalıdır.
- 4-Atravmatik çift iğneli (3/0 17-26 mm 60cm TP/RC düz+yuvarlak breakaway çift iğneli),üzeri izolasyonlu,external Pace maker telidir.Düz iğne ile pace teli bağlantısı sağlam olmalıdır. Tapercut iğne yapısına sahip olmalıdır.
- 5- Burgulu,teflon kaplı non-absorbable paslanmaz çelik olmalıdır.
- 6-Beyaz veya turuncu renkli olmalıdır.
- 7-Kırılarak pace maker cihazına takılabilen break-away iğne seçenekleri olmalıdır.
- 8-Orijinal kuvvetini sonsuza kadar korumalıdır.
- 9-Son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açık olarak belirtilmiş olacaktır.
- 10 -Teklif veren firmalar orijinal paketi içerisinde 1 paket numune ve istenilen özellikleri gösterir katalog ve/veya belge verecektir.İstenen miktarda numune getirecek,numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.

  
Doç.Dr. Abdullah ÖZER  
Kalp Damar Cerrahi A.B.D.  
T.C. G.Ü.T.F.  
Dip.No: 97834-105197

  
Prof. Dr. Gürsel Levant OKTAR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Kalp Damar Cerrahisi  
Dip.No: 6348 Dip.No: 63828

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN