GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SODYUM

SİTRATLI KAN ALMA TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 12 ana maddeden oluşmakta olup hemogard kapaklı , Sodyum Sitratlı 1,8 ml'lik kan alma tüpünü tanımlamaktadır.

1- Tüpler PER (polietilentetraphalat) malzemeden yapılmış ve ebatları 13x75 mm olmalıdır.
2- Tüplerin içi steril olmalı ve tüpün üzerinde belirtilmelidir.
3- Tüplerin içinde % 3,2 sodium citrate olacaktır.
4- Tüplerin alt ucu kapalı yarım küre biçiminde olmalı düz olmamalıdır.
5- Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre mavi renkte olmalıdır.
6- Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
7- Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanumlık işareti, ürün adı, dolum hacmi, (ml cinsinde) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.
8- Kan alma seviyesi tüp üzerinde işaretli olmalıdır.
9- Hemogard kapak üzerinde sert plastikten yapılmış bir kapak daha yer almalıdır. Bu kapak iğnenin girebileceği, geri atmayacağı sertlikte olmalı ve cihaz problarıyla uyumlu olmalıdır.
10- Tüplerin kapakları rutin kullanım sırasında kolay açılabilir özellikte olmalıdır.
11- Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
12- En az 50 tüp numunesi kan alma kolaylığı ve cihaz uyumluluğu açılarından denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Zühre KAYA
Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. Gürsel BİBEROĞLU
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlar
Sorumlusu vekili