

ŞARTNAMELER

1—J01-01B429- GZ1038 MİKROCERRAHİ BIÇAKLAR (FAKO BIÇAĞI)

Klinik kullanımına göre istenilen tipte teslim edilebilecek ya da değiştirilebilecek şekilde 2.2mm, 2.4mm, 2.8mm çeşitleri kapsmalıdır. Bıçak ucu ışık altında parlamamalıdır. Bevel-up ya da bi-bevel keskin yüzey özelliğinde olan bıçak 45 derece açılı ve kenarları yuvarlatılmış olmalıdır. Bıçak "tek kullanımlık" olmalı. Sterilizasyon işleminden zarar görmeyecek koruyucu uç ile beraber sunulması tercih sebebidir. Dokuları parçalamadan düzgün kesi yapmalıdır. Numune denenerek karar verilecek.

2-- GZ1039 MVR KNİFE 20G

Göz ameliyatlarında kullanım amaçlı olmalıdır. Cerrahini farklı aşamalarında mükerrer kez kesi oluşturacak keskinlikte olmalıdır. Steril, tekli paketlenmiş olmalıdır. Cerrahi işlem esnasında kolay manipülasyon sağlayacak şekilde, uç noktasından yaklaşık 7 mm mesafeden 45 derece açıldırılmış olmalıdır. Parasentez yapabilmek için veya 20G kesi için (1.3mm) olmalıdır. Oluşturduğu kesi 23g trokar etrafından sızıntıya neden olmamalıdır ve ameliyat sonrasında trokar çıktıktan sonra da sızıntıya neden olmamalıdır. Kesici ağzı çift yüzeyi keskinleştirilmiş (bevel-up, bevel-down) olmalıdır. Metal kısımları mikroskop ışığı altında parlamayan materyalden imal edilmiş olmalıdır. Bıçağın sapı yüksek sıcaklıklara dayanabilecek materyalden imal edilmiş olmalı ve bıçak sapında bıçak numarası (Gauge size) yazılmış olmalı. Bıçak üzerinde ürünün özelliğini belirtici renk kodu olmalıdır. Bıçak sapı el ile tutulan kısmı yuvarlak bombeli ve tırtıklı olmalıdır. CE belgesine sahip olmalıdır. TITUBB'ya kayıtlı olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır.

3---j01-015046 GZ1159 SİLİKON BANT (DEKOLMAN CERRAHİSİ)

1. Retina cerrahisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.

Bahri Aydın
Göz Hastalıkları
No: 00392-086
No: 25424

Dr. Dr. L. Yılmaz HANCI
Göz Hastalıkları
Dip. No: 00392-086
Dip. No: 25424

2. Tıbbi silikondan üretilmiş olmalıdır.
3. Genişlik 2,5 mm kalınlık 0,60 mm olmalıdır.
4. Style 240 tipinde olmalıdır.

4---S-01130068 GZ1069 SÜTÜRSÜZ KAPSÜL GERME HALKASI.

Halka tek parça ve PMMA yapıda olmalıdır. Halkanın her iki ucunda pozisyon delikleri olmalıdır. Açılmamış 9mm ve 11mm, açılmış 11mm ve 13 mm boyutlarında olmalıdır. En az 2 yıl matlı olmalıdır. TİTUBB'ye kayıtlı olmalıdır.

5---S-01130153 GZ1154 GÖZ İÇİ GAZ SETİ C3F8 (3/G)

C3F8'in vitröz humorun yerine geçmek üzere vitrektomi cerrahisi esnasında gözde 28 günden daha uzun olmayan bir ortam sürekliliği süresi olmalıdır.%99,9 saflıkta olmalıdır.%99,9'luk kuru nitrojen ile karıştırılmış %99,9'daki C3F8'den yapılmış olmalıdır. Molecular ağırlığı 188, kaynama noktası -36,7 oC, erime noktası -1830 oC, ilgili gaz yoğunluğu 6,5, sıvı ile ilgili yoğunluğu 1.4, 200 oC'deki buhar basıncı 7,7 bar, renksiz görünümde, kokusuz, 60 cc boş injektor hacminde, sınıf IIbtıbb cihaz sınıflandırmaya sahip olmalıdır. Tüp içerisinde olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır.

6--- VİTREORETİNAL BACK FLUSH KANÜL (3/G)

Disposable olmalıdır. Gövde pürüzsüz ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürün tek parça ve özelliğini belirten renk kodu olmalıdır. Uzun süre kullanımı için tutma yeri plastik olmalıdır. Teklif edilen ürün rahat kullanım açısından 360 derece elle tutulabilinen bir yapıya sahip olmalı ve 3 ml lik geniş rezervuar hazinesine sahip olmalıdır. Orijinal Backflush paketi içinden aktif aspirasyona dönüştüren steril Male Adaptör çıkmalıdır. Ucu silikon needle ve brush yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 23 Gauge 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. Teslim edilen malzemelerin farklı özellikte ebat ve boyutta olanları temin edilebilir olmalıdır. Ürünler steril kullanıma hazır teslim edilmelidir. Cerrahi kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik dizaynı olmalıdır. İsteğe göre 25G kalınlıkta temin edilmelidir. Yeterli backflush yapmalıdır. Numuneler denenerek alınacaktır.

Doç. Dr. Bahri Aydın
Başuzman Ü.T.F. Göz Hastalıkları
Dip. No: 00392-086
Sicil No: 25424

Doç. Dr. C. Murat Haktanır
Başuzman Ü.T.F. Göz Hastalıkları
Dip. No: 00392-086
Sicil No: 25424