



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 42739

Düzenleme Tarihi : 12.07.2017

KOD : J09-090226 /

MALZEME ADI : CERRAHİ FIRÇA

- 1- Temizlik amaçlı kullanılmalıdır.
- 2- Fırça beyaz renkte, naylon olmalıdır.
- 3- Gövdesi paslanmaz çelik olup, tutma halkasına sahip olmalıdır.
- 4- Fırçanın fırça başı çapı 1mm ile 22.35mm arasında seçeneklere sahip olmalıdır.
- 5- Fırçanın kıl uzunluk değerleri 1.27cm ile 6.35cm arasında seçeneklere sahip olmalıdır.
- 6- Fırçanın bir uçtan öteki uca olan uzunluğu 15.2cm ± 61cm arasında olmalıdır.
- 7- Lateks içermemelidir.
- 8- Herbir pakette 2 adet olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ömer KURTIPEK
T.C. G.S.B.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7001
Dip. Tescil No: 45474

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7718 / Dip. Tes. No: 8111

ONAYLAYAN