

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61742 Döküm Tarihi : 02.08.2017
İstem Tarihi : 02.08.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz KVC Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Kalp Akciğer pompasının sistemi çalışmamaktadır ve tamiri tarafımızca mümkün değildir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM1523	KALP AKCİĞER POMPASI TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 31066

STOCKERT MARKA S3 MODEL KALP AKCİĞER POMPASI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz bölümü KVC Ameliyathanesinde bulunan Kalp Akciğer Pompası cihazıdır.
2. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine vermesi gerekmektedir.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Cihazdan değişen parçaların Tıbbi Cihaz Bakım-Onarım Atölyesine teslim edilecektir.
5. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
6. Yüklenici firma cihazın gerekli bakımlarını yapıp cihaza bağlı olan ısıtıcı ve soğutucu ünitesinin de bakımları yapıp cihazı çalışır durumda teslim edecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAŞKIN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri