

## AFEREZ TERAPÖTİK İŞLEM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık , steril ve teslim tarihinde en az 2 yıl miadlı olacaktır.
2. Önerilen setler ile tüm terapötik aferez işlemleri yapılabilir.
3. Cihaz arızalandığında teknik servis arızaya 2 saat içerisinde müdahale etmelidir. Eğer arıza giderilemez ise giderilene kadar cihazın yerine başka cihaz getirilebilir.
4. Setleri teslim eden firmanın Ankara il sınırları içerisinde cihaz arızasına haftanın 7 günü ve 24 saat müdahale edebilecek yetkili bir teknik servisi bulunmalıdır. Teknik servis teşkilatı TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
5. Setleri teslim eden firma kan merkezi yetkilisinin yeterli bulduğu bir süreyi kan merkezi personelinin eğitimi için ayırmalıdır.
6. Cihazların bakım ve onarımı kan merkezinin uygun gördüğü periodlar ile yapılmalıdır.
7. İşlem sırasında gerekli olan izotonik solüsyonlar, ACD solüsyonu, sodyum trisitat(%33,3'lük) ve kalsiyum tableti set adedi kadar temin edilmelidir.
8. Aferez seti arızası nedeni ile iptal edilen işlemlerde setler değiştirilecektir.
9. Setlerin ve cihazın CE belgesi olmalıdır.

Sağ. Tek. Yusuf KURTÇU

01.08.2017  
Dr. Seniz GÖRAL  
Kan Merkezi Sorumlusu  
Yp.No. 92011235 Dp.Tes. No. 65204