

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61725
İstem Tarihi : 01.08.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 03.08.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-018963	KOLONOSKOPİ SORTU (DISPOSABLE).	1.000.00	ADET
Şartname Kodu : 3198			

- 1-Malzeme non woven malzemeden üretilmiş içini göstermeyen koyu renkli kumaştan olmalıdır.
- 2-Arka orta kısımda kolonoskopi ve rektoskopi sırasında yeterli derecede açıklık sağlayan kapaklı delik olmalıdır. Delik çapı 16 cm olmalıdır.
- 3-Bedenler L ve XL olmalıdır.
- 4-Obez kişilerinde giyebileceği kadar büyük olmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet İBİŞ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları - Gastroenteroloji Cırt. Üyesi
Dip. No: 96071016 Dip. Tes. No: 71571

Doç. Dr. Mehmet ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gastroenteroloji Cırt. Üyesi
Dip. No: 96071016 Dip. Tes. No: 71836