



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43006

Düzenleme Tarihi : 09.08.2017

KOD : J09-093806 /

MALZEME ADI : TÜBÜLER FIKSATÖR EL ALETİ SETİ

- 1.Set Tek bir konteynırdan oluşmalıdır.
- 2.Set Üzerinde firma logosu ve set ismi yazılı olmalıdır.
- 3.Set içerisinde 4 ve 5 schanz deliği ile uyumlu T-clamp?leri bulunmalıdır.
- 4.Set içerisindeki ortası yivli schanz sayesinde büyük kemik kırıklarında çatı kurmaya olanak vermelidir.
- 5.Set enstrüman içerisinde ,3.8 ve 4.0 mm drill bulunmalı ve sisteme uygun sleeve'leri bulundurulmalıdır.
- 6.Sistem içerisinde 30mm ye kadar dışarıdan distraksiyon ve kompreksiyon imkanı veren aparat bulunmalıdır.
- 7.Set içerisinde Klempler için gerekli en az 2 adet anahtar bulunmalıdır.
- 8.Sette Schanz Çivileri için gerekli T-handle lar bulunmalıdır.
- 9.Set içerisinde drill ve schanzları gönderebilmek için gerekli motor ucu bulunmalıdır.
- 10.Sistem enstrüman seti tamamen birbiriyle uyumlu olup tek enstrüman seti içerisinde teslim edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr.Ömer KURTIPEK
T.C. G.Ü.T.F. Gazı Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7001
Dip. Tesclı No: 45474

Dr. Metin Akcam
Dip No: 1476
Umutlu

ONAYLAYAN