



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43019  
Düzenleme Tarihi : 10.08.2017

KOD : J06-066629 /

MALZEME ADI : ENERJİ AKTİVASYON KABLOSU (ROBOTİK CERRAHI)

- 1- Enerji aktivasyon kablosu hastanemizde kullanılmakta olan daVinci Si sistemi ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablo Ethicon Gen11 enerji jeneratörü ile kullanılabilmelidir.
- 3- Enerji aktivasyon kablosu daVinci Si robotik cerrahi sistemi ile Ethicon Gen11 enerji jeneratörü arasındaki bağlantıyı sağlayarak, enerji jeneratörünü daVinci Si robotik cerrahi sistemi üzerinden kullanılmasına olanak vermelidir

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ömer KURTIPELİ  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
Diploma No: 1081  
T.C. T.C. Sağlık Bakanlığı  
T.C. Sağlık Bakanlığı

Dr. Metin Xilcan  
Diyadin No: 1476  
14/8/2017

ONAYLAYAN