

ŞARTNAMELER

S-01130081--- GZ1082 DRENAJ SİSTEMİ ÖN KAMERADAN OLAN VALFLİ İMPLANT (3/G)

Basınca duyarlı elastomer zardan yapılmış valf sistemi içeren, gövdesi ve tüpü flexible silikon malzemeden yapılmış, erişkin, çocuk ve pars plana yerleştirmeye uygun tipleri olan glokom cerrahisi amaçlı seton. Gövde armut şeklinde oval ve 13.5X16mm ebadında olmalıdır. TESLİM EDİLECEK 15 ADEDİN 10 'u ERİŞKİN, 5'i PEDIYATRİK MODEL OLACAKTIR. İstenildiğinde model değişimi yapılabilecektir.

S-01130148--- VİTREORETİNAL BACK FLUSH KANÜL (3/G)

Disposable olmalıdır. Gövde pürüzsüz ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürün tek parça ve özelliğini belirten renk kodu olmalıdır. Uzun süre kullanımı için tutma yeri plastik olmalıdır. Teklif edilen ürün rahat kullanım açısından 360 derece elle tutulabilinen bir yapıya sahip olmalı ve 3 ml lik geniş rezervuar hazinesine sahip olmalıdır. Orijinal Backflush paketi içinden aktif aspirasyona dönüştüren steril Male Adaptör çıkmalıdır. Ucu silikon needle ve brush yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 23 Gauge 0,6 mm ölçüsünde olmalıdır. Teslim edilen malzemelerin farklı özellikte ebat ve boyutta olanları temin edilebilir olmalıdır. Ürünler steril kullanıma hazır teslim edilmelidir. Cerrahi kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik dizaynı olmalıdır. İsteğe göre 25G kalınlıkta temin edilmelidir. Yeterli backflush yapılmalıdır. Numuneler denenerek alınacaktır.

Doç.Dr. Ahmet M.HONDUR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.No: 9382/04 - Dip.Tes.No:8811

Prof.Dr. İhsan Gökhan ÇÜRELİK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları Öğrt. Üyesi
Dip.No: 92011131