



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43204

Düzenleme Tarihi : 12.09.2017

KOD : J09-091954 /

MALZEME ADI : ÇİFT PORTLU ÇELİK SPANÇ KÜVETİ

1. Tamamen 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. İki adet 304 kalite paslanmaz çelik leğeni olmalıdır.
3. Leğenlerin her birinin çapı 30 cm (+/- 5 cm), derinliği 16 cm (+/- 3 cm) olmalıdır.
4. Küvetin dıştan dışa ölçüsü 37x35x87h cm olmalıdır.
5. Küvetin 50mm çapında ikisi frenli dört adet tekerleği bulunmalıdır.
6. Alt tabanda sahpa şeklinde kullanılan bir adet rafı bulunmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mehmet KURTİPEK  
T.C. G. Ü. N. Gazi Hastanesi  
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
Diploma No: 7381  
Dip. Teş. No: 4274

Yrd. Doç. Dr. Metin ALKAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 1476 Dip. Teş. No: 80563