

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62276
İstem Tarihi : 20.09.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 20.09.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODİNAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012172	KR1129 BASINC ÖLÇER KILAVUZ TEL KORONER HEMODİNAMI CALISMA.	30.00	ADET

Şartname Kodu : 37289

Pressure wire şartname

- Damar içi basınç ölçümleri yapmaya uygun olmalıdır.
- 0.014 inç kalınlığında, en az 175cm uzunluğunda olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, özel bir konnektöre monte edilmiş olmalı; gerektiğinde konnektörden rahatlıkla ayrılıp, tekrar monte edilebilmelidir.
- Konnektörün, Analizör cihazına bağlanabilmesi için yeterli uzunlukta kablosu ve adaptörü olmalı, tüm bu parçalar yekpare olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel üzerinde bir (1) adet özel algılayıcı (sensör) olmalı, bu sensör basınç verilerini monitörize edecek yapıda olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, PTFE kaplı olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Telin ucu esnek yapıda olmalı, şekillendirmeye uygun olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, mükemmel tork özelliğine sahip olmalı, tork verici, kılavuz tel üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, uzun süreli ölçümlere olanak sağlayabilecek sinyal stabilizasyonu sağlayabilmelidir.
- Kılavuz Tel üzerine yerleştirilmiş sensör, izole mikro kablolar vasıtasıyla konnektörle bağlantı kurmalıdır.
- İhaleyi alan firma laboratuvarımızda cihaz ile uyumlu Basınç Analizörünü 24 saat bulundurmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, tüm bağlantı kabloları ve konnektörleriyle birlikte, kullanıma hazır, özel ve steril ambalajı ile teslim edilmelidir.
- Sistemle ilgili gerekli teknik asistan hizmet sunulabilmelidir.
- Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miatlı olacaktır. Miadın dolmasına 3 (ay) kala ihaleyi alan firma elde kalan ürünü yeni miadlı ürün ile değiştirmelidir.
- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- CE belgeli olmalıdır.

Doç.Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 94-092-102 Dip. Tesc. No: 76217

Gör. Dr. Salih TOPAL
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ A.D.
Dip. Tesc. No: 90171

Doç.Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 94-092-102 Dip. Tesc. No: 76217