

ŞARTNAMELER

S-01130183 VAKUMSUZ PUNCH TREPAN (3/G)

Punç, keratoplasti için üretilmiş Baron tip olmalıdır. Bıçağı ultrasharp olmalı, bıçağı korumak için koruma ringi bulunmalıdır. Korneayı işaretlemek için dört yanında işaretleme delikleri bulunmalıdır. Steril işaretleme kalemi bulunmalıdır. Ambalajında steril olmalıdır. 6,0 ile 9,50 mm arasında ölçüleri olmalıdır. Gerekğinde istenilen ölçü ile değiştirilecektir. CE belgeli olmalıdır.

S-01130181 VAKUMLU TREPAN (3/G)

Trepan keratoplasti ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. Hassburg-Barron tipinde vakumlu olmalıdır. Bıçağı ultrasharp olmalıdır. Ambalajında steril olmalıdır. 6,0 ile 9,0 mm arasında ölçüleri olmalıdır. Gerekğinde istenilen ölçü ile değiştirilecektir. CE belgeli olmalıdır.

Doç. Dr. Bahri Aydın
Gazi Ü.T.F. Göz Hastalıkları
Dip. No: 00392-086
E-Posta No: 254221

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. No: 05.311.052