



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43263
Düzenleme Tarihi : 21.09.2017

KOD : J09-090128 /
MALZEME ADI : CERRAHI DÜĞÜM İTİCİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik suture itici suturun vakanın tatbik edildiği bölgeye itilmesini sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Endoskopik suture itici ucu dokuya zarar vermesini engelleyen atravmatik künt ceneye sahip olmalıdır.
4. Endoskopik suture itici shaftı yuvarlatılmış tatbik kısmı ise yassılaştırılmış dizayna sahip olmalıdır.
5. Endoskopik suture itici 5 mm. shaftı olmalıdır.
6. Endoskopik suture itici kullanım rahatlığı sağlamak için tatbik kısmının kullanım yüzeyi hem aşağı kısım da hem de yukarı kısmında bulunan bant ile anlaşılabilir.
7. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
8. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
9. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
10. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
11. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ömer KURTİPEK
T.C. Gazi Üniversitesi Hastanesi
ANESTEZİ VE REANİMASYON
Dip. No: 7716-Dip. No: 80005

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7716-Dip. No: 80005

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43264
Düzenleme Tarihi : 21.09.2017

KOD : J09-091955 /
MALZEME ADI : ENDOSKOPIK SÜTÜR TUTUCU (TROKAR ALANI KAPATMA CİHAZI)

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısı fasya üzerindeki trokar deliklerini kapatmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının şaft uzunluğu 150 mm olmalıdır.
4. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının ucunda dokuya zarar vermesini engelleyen atravmatik künt kanca sistemi bulunmalıdır.
5. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının , sütün metaryelini tutmasını sağlamak için iç şaftının ucunda kanca sistemi bulunmalıdır.
6. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının ucunda bulunan kanca sistemi tepede bulunan yeşil butona basılması ile aktive edilmelidir.
7. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının tepesinde bulunan butonun üzerinde kanca sisteminin açılma yönünü gösteren ok işareti bulunmalıdır.
8. Trokar deliğinin iki yanındaki fasya tabakasından kolayca cilt üzerine çekilerek trokar kesi alanı kapatılabilmesi için
9. Endoskopik trokar kesi alanı kapatıcısının kancasına yerleştirilmiş sütün metaryeli , trokar deliğinin iki yanındaki fasya tabakasından kolayca cilt üzerine çekilerek trokar kesi alanı kapatılabilmelidir.
10. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
11. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
12. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
13. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Derelendirme de; Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Ömer KURTIPEK
T.C. Gazi Üniversitesi Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Dip. No: 7716-Dip. Tes. No: 80005

Doç. Dr. Mustafa ERSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.Tes.No: 80005