

## HEMOROID LIGASYON LASTIĐI TEKNİK ŐARTNAMESI

1. Lastikler dođal Latexten imal edilmiŐ olmalıdır.
2. Lastikler hemoroid amaçlı dizayn edilmiŐ olmalıdır.
2. Lastikler uzun sũreli kullanımlarda kurumamalı veya kırılmamalıdır.
3. Lastik boyutu deđiŐik ۆlçũlerdeki hemoroitlere uygulanabilmelidir.
4. Lastik Yũkleme aparatına oturacak biçimde geniŐleyecek kadar elastik olmalı ve kopmamalıdır.
5. Bir Kutuda 100 Ad. Hemoroid Ligasyon Lastiđi mevcut olmalıdır.
6. Lastik uygulanırken Yũkleme Aparatı ۆzerinden kaymamalıdır.

T.C.  
G.ũ.T.F. Gazi Hastanesi  
Prof.Dr. A. B. AYTAĐ  
Genel Cerrahi  
Dip.No:5387 Dip.Tes.30603

Prof.Dr. Ekmeł TEZEL  
T.C.Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Genel Cerrahi  
Dip.No: 8405 Dip. Tes. No: 60657