

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62235  
İstem Tarihi : 19.09.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 21.09.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : ERHEKL1  
Bölüm Adı : İÇ HASTALIKLARI ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ  
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011582	GR1285 HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ, ERİSKİN (HEPARİN KAPLI) 12.5	50.00	ADET

Şartname Kodu : 43236

**SİLİKON 12,5F TÜNELLİ KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- ? Hemodiyaliz ve diğer extracorporeal işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal jugular vene uygulanabilir olmalıdır.
- ? Kateter 12,5F 28cm olmalıdır.
- ? 28cm kateterler için tip to cuff mesafesi 23 cm olmalıdır.
- ? Kateterin shaft kısmı düz ve pre-curved (şafttan kıvrık) olmalıdır.
- ? Kateter silikon materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- ? Kateter ameliyatla yada seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- ? Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır ve düşük profilli olmalıdır
- ? Kateterin döndürülebilir dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- ? Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış ve düşük profilli olmalıdır.
- ? Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- ? Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- ? Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- ? İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

**2. SİLİKON 12,5F TÜNELLİ KATETER KATETER KİTİ İÇİNDE**

Hemocath Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- ? 1 adet çift lümenli düz ya da U şeklinde 12.5F x 28cm cufflu kateter olmalıdır.
- ? 1 Adet giriş iğnesi olmalıdır
- ? 1 adet J tip Guide Wire olmalıdır.
- ? 2 Adet injection cap olmalıdır.
- ? 1 Adet metal şekillendirilebilir tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- ? 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- ? 1 adet kateter klemp olmalıdır (sadece düz olanlarında)

**3. AMBALAJ VE STERİLİZASYON**

- ? Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- ? Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- ? Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- ? Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl miyadlı olmalıdır.

**4. KATETER % 100 GÖZ MUAYENESİNE TABİ TUTULACAKTIR.**

**Rujbin AKYOL**  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hastalıkları Hematoloji  
Sorumlu Hemşire

**Prof.Dr. Münci YAĞCI**  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hastalıkları Hematoloji Sorumlu Uzman

**Doç.Dr. Zübeyde Nispet ÇEKİR**  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hastalıkları Hematoloji Sorumlu Uzman