

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62362  
İstem Tarihi : 26.09.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 28.09.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KHDINFPL1  
Bölüm Adı : ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MER. POLİKLİNİĞİ1  
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-032228	MUAYENE LAMBASI.	3.00	ADET

Şartname Kodu : 38347

LED IŞIKLI MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Lamba, muayene ve işlemlerde kullanım amaçlı olmalıdır.
- 2.Lamba, LED tipinde olmalı, bu sayede minimum ısı veren ve minimum enerji tüketimi sağlayan bir yapıda olmalıdır.
- 3.Cihaz en az 5 adet tekerlekli mobil yapıda olmalı, manevra kabiliyeti yüksek ve sağlam olmalıdır.
- 4.Lamba başlığında beyaz ışık veren en az 3 adet LED ampulü olmalıdır. Sürekli ve ışık sağlayan yapıda olmalıdır.
- 5.Lambanın mobil standda eklendiği kolu fleksibl tipte olmalıdır.
- 6.Lamba cerrahi alanın en iyi şekilde aydınlatılması ve doğru doku rengi elde edilmesi için en az 4200 derece kelvin renk ısısına sahip LED ışığa sahip olmalıdır.
- 7.Lamba 50 cm lik çalışma mesafesinde en az 14 cm lik net bir ışık hüzmesi vermeli ve bu hüzmenin her noktasında ışık şiddeti aynı olmalıdır.
8. Lamba başlığı, en az 35.000 lüks aydınlatma gücüne sahip olmalıdır.
- 9.Led ampullerin çalışma ömrü yaklaşık 50.000 saat olmalı ve bu özellik cihazın orjinal katalogundan gösterilebilmelidir.
- 10.Lambanın renk dğılım indeksi (CRI) en az 95 olmalıdır.
- 11.Lamba başlığının çapı en az 10 cm (+2),(-2) OLMALIDIR.
- 12.Lamba kompakt ,hafif ve kolay temizlenebilen bir yapıda olmalıdır.
- 13.Lamba başlığı ile mobil stand bağlantısı arasındaki uzunluk 100 (+,- , 5 )cm ve felksibl kol en az 60 cm olmalıdır.
- 14.Lamba ,obsiyonel olarak, ilgili klemples eklenerek duvara, masaya veya raya monte edilebilmelidir.
- 15.Cihazın ağırlığı ; 3 kg dan fazla olmamalıdır .(mobil stand hariç)
- 16.Lamba 240 (+/-20) V ve 50 Hz şehir şebekesinde çalışabilmelidir.
- 17.Lamba IEC 60601-2-41, 93/42/EEC, 2007/47/EC ve CE standartlarını karşılamalıdır.Bu hususlar teklifle birlikte verilecek orjinal dökümanlar da vey kataloglarda belirtilmelidir.
- 18.Lamba (ampuller hariç), montaj tarihinden itibaren 24 ay süreyle garantili olmalıdır.Garanti süresi içinde imalat,montaj, malzeme ve işçilik hatalarını satıcı firma gidermeli ve düzeltilemeyen parçaları yenileri ile değiştirmelidir.Bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmememlidir.
- 19.Lamba kullanılacağı yerde ücretsiz olarak monte edilmeli ve tamamen çalışır durumda teslim edilmelidir.Montaj için idarenin temin etmesi gereken hususlar teklifte belirtilmeli, belirtilmeyen hususlar satıcı firma tarafından ücretsiz olarak tamamlanmalıdır.Montaj süresi teklifte belirtilmelidir.
- 20.Lambanın eğitimi idarenin belirleyici personel satıcı firma tarafından ücretsiz olarak sağlanmalı, orjinal bakım ve kullanma talimatı lambayla birlikte verilmelidir.
- 21.İhaleye teklif veren firmalar teknik şartnameye uygunluk belgelerinde verilen cevaplardaki hususları, lambanın orjinal dökümanlarında işaretleyecekler ve uygunluk belgelerinde, cevaplanan her maddede , bu hususların, dökümanın hangi sayfasında belirtildiğini açıklayacaklardır.Teknik şartnameye uygunluk belgeleri, firmanın antetli kağıdına yazılmış, firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve resmi beyan olarak kabul edilecektir.Bu hususu taşımayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 22-FİRMA bölümümüze ürünle ilgili demostrasyon yapmaktır.

Dr. Recep Öner KARABAÇAK  
T.C. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi  
KADIN HASTANESİ  
Dip. No: 1521

Öğr. Gör. Dr. İsmail GÜLER  
T.C. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi  
Kadın Hastanesi  
Dip. No: 1521