



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 34178

Düzenleme Tarihi : 03.10.2017

KOD : J01-013679 /

MALZEME ADI : HAVA DEZENFEKTANI.

J01-013679 (1litre) HAVA DEZENFEKTANI

(Kuru hava Tekniği ile Yüze- Ortam ve Filtre Kanal Dezenfeksiyon Solüsyonu)

1. Ürün, hidrojen peroksit ihtiva etmelidir.
2. Aldehit, fenol, klor ve gümüş içermemelidir.
3. Ürün, yüze ortamı ve filtre kanallarını dezenfekte edebilecek özelliğe sahip olmalı
4. Ürün mikron düzeyinde, aerosol hale gelebilir özelliklere sahip olmalı, işlem sonrasında ortamda herhangi bir çökelti, ıslaklık kalmamalı ve korezyona yapmayan özelliğe sahip olmalı
5. Ürün, ulaşılabilen yüzeylerin ek dezenfeksiyonu için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
6. Ürün bakterisit(Tbc dahil), fungusit, C. Albicans, Aspergillus niger, virüs (HCV dahil), sporisit özelliğe sahip olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair Ulusal Ekspertiz Raporları vermeye yetkili kılınmış laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını hastanemize vermelidir.
7. Ürün kullanımı esnasında parlama ve patlama yapmamalıdır.
8. Solüsyon sıvı ve berrak olmalıdır.
9. Orijinal 1ve 5 litrelik ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim ve son kullanma tarihi ve içeriği yazmalıdır.
10. Ürünü veren firma, programatörü m³ cinsinden ayarlanabilen, insansız ortamda çalışma özelliğine sahip cihaz ile belirlenen alanlarda kendi personeli ile pulvarizasyon hizmetini vermelidir.
11. Ürünün az iki yıl miadlı olmalıdır.
- 12- Ürün üretici firmasının CE ve ISO 900 belgelerinden ilgili olanına sahip olmalıdır. Sağlık Bakanlığı Biyosidal ruhsatı bulunmalıdır. Belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.

HAZIRLAYANLAR


Doç. Dr. Zeynep Arzu Yegül
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diyadinin 100. Yılı

ONAYLAYAN


Doç. Dr. Zeynep Arzu Yegül
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diyadinin 100. Yılı