

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62454
İstem Tarihi : 02.10.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.10.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013357	EEG PASTASI	30.00	ADET

Şartname Kodu : 37992

EEG Pastası

1. EEG pastası, elektrodlar ile cilt arasındaki kontak rezistansında ki konduktiviteyi arttıracak, EEG kaydında artefaktları engelleyecek özellikte olacaktır.
2. EEG pastasının, yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.
3. EEG pastası, terlemeyle elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.
4. EEG pastası kullanımdan sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pasta suyla kolay bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Bu maksatla suda kolay çözünebilecektir.
6. Kokusuz, opak ve antialerjik özellikte olacaktır.
7. Pastaların bölümde kullanılan EEG cihazlarının orijinal firmasının üretimi olması tercih edilecektir.
8. Pastalar orijinal polietilen ambalajında ve bir adedi 400 gr olacaktır
9. -10 derece ile 40 derece çalışma aralığı olmalı
10. Son kullanım tarihine 8 aydan daha az kalan ürünler kabul edilmeyecektir

Doc. Dr. İrem ÇAPRAZ
T.C. Gazi Üniv. Gazi Hast.
Nöroloji ABD
M.2455 Dip.Tes.No:109010

Prof. Dr. Ayşe BORA TOKCAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Dip No: 17510.20978 Dip. Tes No: 34631