

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62478
İstem Tarihi : 03.10.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 03.10.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : FTKL1
Bölüm Adı : FİZİK TEDAVİ VE REHABILİTASYON KLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C078	OR1290 NELATON SONDA, HİDROFİLİK, KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI	500.00	ADET
Şartname Kodu	: 34821		

KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI HİDROFİLİK SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Giriş kolaylığı sağlayan hidrofilik kaplı kaygan yüzey yada kateter çevresine boşaltılabilen su soketi olmalıdır.
- 2-Bükülmeyi önleyen uygun sertlik olmalıdır.
- 3-Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, kapalı distal uç olmalıdır.
- 4- İki yan delik olmalıdır.
- 5-Boyutları kolayca tanımlanan Renk kodlu olmalıdır.
- 6-Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7-Ambalaj üzerinde imal tarihi yazılı olmalı ve son kullanma tarihi en az iki yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ HASTANESİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 40166

Doç. Dr. Zafer GÜNENDİ
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dip. No: 00311072 - Dip. Tes. No: 98613