

HASTA ARABASI (TEKERLEKLİ SANDALYE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ortadan Katlanabilir veya sabit olmalıdır.
2. Çelik profilden üretilmiş olmalıdır
3. Tüm ana parçaları vidalarla sabitlenmiş olmalıdır.
4. Döşemesi uzun ömürlü alev almaz anti bakteriyel özellikte olmalıdır.
5. Tekerlekleri kolaylıkla frenlenebilir özellikte olmalıdır
6. Ayak panelleri dışa açılabilir ve yer diz mesafesi istenilen yüksekliğe ayarlanabilir olmalıdır.
7. Minderi sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
8. En az 120 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
9. Ayak panelleri 90 derece kalkabilmelidir.
10. Yedek parça temini garantisi(on yıl) ile en az iki yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.
11. Teklifte birlikte numune getirilmesi gerekmektedir.
12. Yan kolları çıkartılabilir olmalıdır.
13. Baş ve ayak desteği olmalıdır ve gerektiğinde çıkartılabilir olmalıdır.

Prof. Dr. ~~Ali KARAOĞLAN~~
T.C. G.U. T.F. Gaziantep Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. - Teş. No: 401123

Prof. Dr. ~~Ali KARAOĞLAN~~
T.C. G.U. T.F. Gaziantep Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. - Teş. No: 401123

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62477
İstem Tarihi : 03.10.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 03.10.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : FTKL1
Bölüm Adı : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-031822	HASTA SANDALYESİ (SÜRGÜLÜ).	2.00	ADET

Şartname Kodu : 39795

HASTA SANDALYESİ (SÜRGÜLÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çelik profilden üretilmiş olmalıdır
2. Döşemesi uzun ömürlü alev almaz anti bakteriyel özellikte olmalıdır
3. Tekerlekleri kolaylıkla frenlenebilir özellikte olmalıdır
4. Ayak panelleri dışa açılabilir olmalıdır.
5. Minderi sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
6. En az 120 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
7. Yan kolları çıkabilmelidir.
8. Yedek parça temini garantisi(on yıl) ile en az iki yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.
9. Klozet özelliği olmalıdır.

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 49183

Doç. Dr. Zafer GÜNENDİ
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dip. No: 00311072 - Dip. Tes. No: 99613