

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62482

Döküm Tarihi : 03.10.2017

İstem Tarihi : 03.10.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz Genelinde Kullanılması İçin Gerekmetedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062709	YETİSKİN HASTA DEVRE SETİ (VENTİLATÖR CİH. İCİN)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 42538

DRAGER MARKA OXYLOG 3000 PLUS MODEL RESPIRATÖR CİHAZI HASTA DEVRE SETİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Marka ve modeli belirtilmiş cihaza uyumlu olacaktır.
2. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
3. Pediatrik olacaktır.
4. Orijinal olacaktır.
5. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğunu belgeleyecektir ve belgeyi Tıbbi Cihaz Atölyesine verecektir.
6. Çok kullanımlık olacaktır.
7. Hortum uzunluğu 3metre olacaktır.
8. Her devre seti ile birlikte 1 adet expirasyon valf, 1 adet flow sensör ve 1 adet L uç kısmı verilecektir.

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Birimi

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi