

İstem No : 62390  
İstem Tarihi : 27.09.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 10.10.2017  
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : MBLLB2  
Bölüm Adı : MİKROBİYOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-073989	ROTAVİRÜS LATEKS AGLÜTİNASYON.	1.000.00	TEST

Şartname Kodu : 38686

**Dışkıda Rotavirus Antijeni Şartnamesi**

- 1- Dışkıda Rotavirus antijen saptama kiti hızlı immünokromatografik test yöntemi ile çalışmalıdır.
- 2- Rotavirus ve Adenovirusu saptayabilmelidir.
- 3- Basit bir ekstraksiyon protokolüne sahip olmalıdır.
- 4- Ekstraksiyon için gerekli tüm reaktifler kitin içerisinde bulunmalıdır.
- 5- Kit içerisinde pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir. İçermiyor ise firma tarafından teğmin edilmelidir.
- 6- Kısa sürede sonuçlanmalı, santrifugasyon işlemine ihtiyaç duymamalıdır.
- 7- Kitin üretildiği ülkelerdeki yetkili kurum tarafından onaylanmış, tanı amacıyla kullanılabildiğini kanıtlayan ve üretildiği ülkede de kullanıldığını gösteren belge olması gerekmektedir.

Prof. Dr. Gülendam BOZDAYI  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip.No 778 Dip Tas. No 62923

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D  
Dip.No 89-AA-050

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62390  
İstem Tarihi : 27.09.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 10.10.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : MBLLB2  
Bölüm Adı : MİKROBİYOLOJİ

①

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-074959	WRİGHT BOYASI.	25.00	GRAM

Şartname Kodu : 33780

**Wright toz boya Şartnamesi**

- 1- Dehidre toz vasıfta olmalıdır.
- 2- Mikrobiyolojik boya vasfında olmalıdır.
- 3- Lökositlerin ve hücrelerin boyama yöntemi ile boyanması için üretilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Gülendım BOZDAYI  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip.No 776 Dip Tes No 62923

Prof.Dr. Kayhan CAĞLAR  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji AD  
Dip.No 89-AA-050

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62390  
İstem Tarihi : 27.09.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 10.10.2017  
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : MBLLB2  
Bölüm Adı : MİKROBİYOLOJİ

③

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-070971	CRYPTO LATEX.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 42890

**Kriptokok Antijeni Arayan Lateks Aglütinasyon Testi Şartnamesi**

1. Test lam aglütinasyonu esasına göre çalışmalıdır.
2. Negatif ve pozitif kontrol içermelidir.
3. Testin yapılabilmesi için gerekli bütün malzeme olan solüsyonlar ve tek kullanımlık lamlar kit içinde bulunmalıdır.
4. Test Cryptococcus neoformans'ın kapsül polisakkarit antijenini serum ve Beyin omur ilik (BOS) sıvısında aramak üzere üretilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Galenhan BOZDAYI  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip.No 776 Dip.Tes.No 62923

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D  
Dip.No 89-A44-050