



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

①

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 42249

Düzenleme Tarihi : 11.10.2017

KOD : J01-018350 /

MALZEME ADI : OR3290 ERGONOMİK TUTAÇLI ELDEN KONTROLLÜ VE TORK ANAHTARLI EĞRİ MAKAS 36 CM.

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Prob çok yönlü kullanılmalı; kesme, koagülasyon, diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
4. Prob 5 mm çapındaki vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir.
5. Prob, dokular birbirinden ayrıldığında ses tonunu değiştirerek verdiği geri bildirim ile rezeksiyonun tamamlandığı uyarısını vermelidir.
6. Prob mekanik enerji ile dokulara minimum termal hasar vermelidir. Bunun için aletin ucu, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için 55,500 Hz frekansla titreşme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Prob Şaftı, 5 mm çapında olmalıdır.
8. Prob istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilir.
9. Prob ucu eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir pad?den oluşmalıdır.
10. Şaft, optimum uzunlukta en az 36cm olmalıdır.
11. Ürünün üzerinde imalatçı firma onaylı Türkçe kullanım klavuzları bulunmalıdır.
12. Her 50 uç için bir adet cihaz bedelsiz verilecektir. ayrıca hastanede demirbaş olan GEN11 cihazlarıyla da uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. G. Ü. T.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 1061
Dip. Teselli No: 43474

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7716-Dip. Tes. No: 80005

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN