

FAKO VİTREKTOMİ CİHAZI FUL PHACO SETİ ()

1. OERTLİ marka FAROS model cihaza bire bir uygun olmalıdır
2. Steril olmalıdır
3. Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır
4. İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır
5. Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.
6. İrrigasyon ve aspirasyon hatları ile serum seti ve damlacık odacıđı, kasete üretim esnasında sabitlenmiş olmalıdır ve her hangi bir şekilde yanlış bağlantıya imkân tanımamalıdır.
7. İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciđine takılacak konnektörleri yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır
8. Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliđi ve et kalınlıđı artırılmış olmalıdır.
9. Tüm set tek bir steril blister paket içinde olmalıdır
10. Paket üstünde steril metodu, üretim tarihi son kullanma tarihi lot no ve üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır
11. Orjinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemedan kaynaklanan arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceđini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince aynı cihazı bırakmayı garanti ve taahhüt etmelidir. Noter tasdikli taahhütname vermeyen firmaların teklifleri deđerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Paket içeriđi
 - 1 adet kaset sistemi
 - 1 adet sıvı atık torbası
 - 1 adet kan seti
 - 1 adet uzaktan kumanda örtüsü
 - 1 adet 2,8 mm çapında 30 derece açılı phaco tip
 - 1 adet 2,2 mm çapında 30 derece açılı phaco tip
 - 2 adet irrigasyon sleeve
 - 1 adet test chamber
 - 1 adet tip sıkacađı
 - 1 adet metal güvenlik anahtarı şeklinde olmalıdır

VİTREKTOMİ PROBU 20g (10 ADET)

1. OERTLİ marka FAROS model cihaza bire bir uygun olmalıdır
2. Steril olmalıdır
3. Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır
4. 20 gauge ölçüsünde olmalıdır.
5. Giyotin tipinde paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
6. Prob arkasında cihaz için iki ayrı renkte hava giriş ve çıkış hattı bulunmalıdır.
7. Kesici giyotin özelliđi hava alma ve verme sistemi ile çalışmalıdır. Yay mekanizması ile çalışan proplar kabul edilmeyecektir.
8. 5000 kesi yapabilecek özellikte olmalıdır
9. Orjinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemedan kaynaklanan arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceđini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince aynı cihazı bırakmayı garanti ve taahhüt etmelidir. Noter tasdikli taahhütname vermeyen firmaların teklifleri deđerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Vitrektomi sisteminin çalışmasını sağlayacak Kompresör sisteminin kurulumu ve çalışmasının sağlanması da firmaya aittir.

S-01130019(3/G) PMMA SKLERAL FİKSASYONLU LENS

1. Kapsül desteđi olmadığı durumlarda sütür ile skleraya fikse edilebilmelidir.

Doç.Dr. Ahmet M. HONDUR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.No: 0022109 - Etil. No: 00211

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cüneyt ÖZMEN
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip.No: 05.311.063

2. Hidrofobik veya hidrofilik yapıda olmalıdır.
3. Haptiklerinde str geii iin halka bulunmalıdır.
4. Dioptri aralıęı teslimatta ihtiyaca gre belirlenecektir ve istendięinde dioptri deęiimi yapılabilir.
5. 3 yıl iinde miadı dolmamalıdır.
6. Numune denenerek alınacaktır.

S-01130058 VİSKOELASTİK DISPERSİF (3/G)

Etken madde hidrokpropil metil selloz, YOęUNLUK %2.0 ve miktar en az 1.5 ml olmalıdır. Prezervan madde iermemelidir. Vitreoretinal cerrahide gz yzeyinde uzun sre kalarak korneanın kurumasını engellemelidir. Numuneler denenerek karar verilecektir.

Yrd. Do. Dr. Mehmet Cneyt OZMEN
T.C.G..T.F. Sazi Hastanesi
Gz Hastalıkları
Dip. No: 05.311.063

Do. Dr. Ahmet M. HONDUR
G. Gazi Üniversitesi
Gz Hastanesi
Gz Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 0933114 - Dip. Tes. No: 08511